



Ambiente & Sicurezza S.M. s.r.l.
CONSULENZA E FORMAZIONE SUL LAVORO

Documento Allegato al Piano di Emergenza

**CRITERI GENERALI DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE
EMERGENZE SANITARIE CHE RICHIEDONO L'USO DEL
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO**

**Istituto Comprensivo del Vergante
Via Pulazzini, 15 - Invorio (NO)**

**Direzione Scolastica
Via Pulazzini, 15 – Invorio (NO)**

PREMESSA

Il presente documento é da considerarsi come Allegato al Piano Gestione Emergenze.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si ricorda che la disciplina sull'utilizzo dei Defibrillatori in ambiente extra ospedaliero é normata dalle seguenti disposizioni/leggi:

- Legge 3 aprile 2001 n.120
- Accordo Stato Regioni del 27-02-2003
- Decreto 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei Defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2 comma 46 Legge 191/09
- Decreto 24 aprile 2013 G.U. 169, 20 luglio 2013
- DGR Regione Piemonte 24 settembre 2012 n. 324611
- Circolare Ministero Salute n. 13917 del 20 maggio 2014

PARERI LEGALI

Il parere legale relativo all'uso del Defibrillatore secondo l'Avvocato Castelli é il seguente:

"IL DAE deve essere in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE...omissis....deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso.

.....inoltre si ricorda che "L'attività di soccorso non rappresenta, per il personale formato, un obbligo legale, che é, invece previsto, soltanto per il personale sanitario" rientrando quindi, l'obbligo di tipo morale e mantenendo la possibilità, per le postazioni aperte al pubblico, ai sensi dell'art. 54 del Codice penale, di richiamare lo "stato di necessità".

UBICAZIONE APPARECCHIO DAE

L'ubicazione del DAE presso la Direzione Scolastica é individuata all'esterno dell'edificio scolastico, in prossimità della porta d'ingresso, in zona ben segnalata e accessibile.

- **Tale posizione sarà segnalata e registrata dalla Centrale Operativa 118 e potrà essere rimosso/spostato solo dopo aver dato formale comunicazione. I DAE ad uso pubblico, NON devono essere spostati.**

PROCEDURE OPERATIVE

Gli operatori della Centrale del 118, quando ricevono una chiamata con la segnalazione di un sospetto arresto cardiaco, daranno indicazioni sul modo di raggiungere il Punto DAE più vicino, permettendo così l'utilizzo a **CHIUNQUE** sia presente, o ai soccorritori occasionali, adeguatamente formati, resosi disponibili sul posto.

Se una persona perde conoscenza e non respira, occorre essere in grado di effettuare il primo soccorso con il DAE, chiamare il 118, avvertendo che state utilizzando l'apparecchiatura DAE.

Il 118 vi invierà immediatamente il mezzo di soccorso con personale specializzato e nel frattempo potrà supportarvi telefonicamente in caso di necessità.

Una volta applicato il DAE alla vittima in arresto cardiaco, occorrerà non rimuoverlo e attendere il soccorso, penseranno i soccorritori a fare il controllo dei dati in accordo con il Centro Operativo del 118.

Dopo l'intervento, dovranno essere reintegrati immediatamente, i materiali utilizzati (es. elettrodi).

MANUTENZIONE APPARECCHIATURA

Il DAE é uno strumento che **NON** richiede manutenzione, essendo tutto automaticamente controllato dalla stessa macchina.

La scadenza degli elettrodi e delle batterie é trascritta all'interno della teca e sugli stessi componenti, al fine di sostituirli ed averli sempre operativi all'uso.


E' compito degli Addetti al Primo soccorso DAE, di controllare periodicamente la spia di manutenzione, come illustrato durante la formazione, affinché qualunque guasto segnalato dal DAE o la batteria in esaurimento, possano essere immediatamente ripristinati.

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO VIENE DISTRIBUITO A TUTTO IL PERSONALE INCARICATO AL SOCCORSO D.A.E.

Dirigente Scolastico
Luigi Nunziata

.....

R.S.P.P.
Marco Scroffernecher



.....

R.L.S.
Massimo Esposito

.....

Cristina Malgaroli

.....

Antonio Taddeo

.....

Medico Competente
Dott. Emanuele Cerina



.....

Invorio, 15 novembre 2021